

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Dispensa Eletrônica - 093/2024

Resultado da Homologação

0001 - Monitor Multiparametrico, comunicação bi – direcional via rede ou WIFI, tela LCD 15 colorida, parâmetros básico (ECG/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, frequência de pulso).

OBS: LOCAÇÃO PARA 04 UNIDADES - Contec CMS 6000 - Valor Referência: 2.050,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.020,00	2.020,00	Homologado em 04/11/2024 10:45:03 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0002 - Cardioversor/Desfibrilador com no mínimo as seguintes configurações, ECG, Pás adulto e pediátricas, 1 pack de bateria, conectividade, tela de 8,4.. com alça de transporte, bateria de lítio, impressora térmica. - Instramed Cardiomax8 - Valor Referência: 2.345,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.315,00	2.315,00	Homologado em 04/11/2024 10:45:03 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0003 - Mesa Cirúrgica Elétrica Universal, com chassi inox padrão AISI 304 de alta resistência, oferecer altura máxima/mínima de amplitude de curso 300mm, capacidade de 360 kg - Metal hospitalar B683 - Valor Referência: 2.632,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.610,00	2.610,00	Homologado em 04/11/2024 10:45:03 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Autoridade Competente

